



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.ИМ04.Н08486

Срок действия с 27.08.2013 по 26.08.2016

№ 0606523

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11ИМ04.

ООО "ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ ВНИИМП"

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ. 127422, г. Москва, Тимирязевская ул., д. 1, стр. 2, тел. /факс(495)611-00-57, www.ccme.ru.

ПРОДУКЦИЯ Устройство теплового лечения придаточных пазух носа и гортани по ТУ 9444-005-24320270-2001 в следующих исполнениях:

УТЛ-01-"ЕЛАТ", УТЛ-01-"ЕЛАТ" (экспортное исполнение).

Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

94 4490

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 50444-92 (р.р. 3,4), ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 (IEC 60601-1:2005),

ГОСТ Р 50267.0.2-2005 (IEC 60601-1-2:2001), ГОСТ Р 52770-2007,

ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ Р ИСО 10993-2-2009,

ГОСТ ISO 10993-9-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011,

ГОСТ ISO 10993-11-2011, ГОСТ ISO 10993-18-2011

код ТН ВЭД России:

9018 90 840 9

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Открытое акционерное общество "Елатомский приборный завод". ИНН: 6204001412.

Адрес: 391351, Рязанская обл., Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Янина, д. 25.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Открытое акционерное общество "Елатомский приборный завод".

ОКПО: 24320270, ИНН: 6204001412.

Адрес: 391351, Рязанская обл., Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Янина, д. 25. Телефон (49131) 2-09-60, факс (495)647-79-54, доб. 2.

НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний № 344/2013 от 26.08.2013г.,

№ 344ЭМС/2013 от 26.08.2013г. ИЦ ООО "ЦСМИ ВНИИМП", рег. № РОСС RU.0001.21ИМ02;

Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития № ФСР 2011/11015 от 01.07.2011г.;

Протокол токсикологических испытаний № 86-13 от 27.08.2013г.

ИЛ "ТОКСИКОЛОГ" ФГБУ "ВНИИИМТ" Росздравнадзора, рег. № РОСС RU.0001.21ИМ58

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Маркирование продукции знаком соответствия

допускается



Руководитель органа

А.В. Машков
подпись

А.В. Машков

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Л.Ф. Будник

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации